様式第27号（別表第7関係）

放射線装置摘要書

事業場の名称		医療法人　医建クリニック
放射線装置	種類	医療用エックス線装置
	用途	診療用
	台数	1台：XXX-123
	性能	定格出力: 短時間 100kV 500mA, 150kV 320mA
上欄の放射線装置による健康障害を防止するための設備の概要		１）構造及び概要 操作場所の区画物及び装置室の壁：無鉛Ｘ線遮へい石こう板　　鉛当量1.5mm 含鉛扉1.5mmPb,含鉛ｶﾞﾗｽ1.5mmPb 天井の構造及び材料：無鉛Ｘ線遮へい石こう板　　鉛当量1.5mm 床の構造及び材料　：コンクリート200mm ２）警報装置等 表示灯「使用中」を出入口の扉上部に設置 ３）被ばく線量測定用具の種類 蛍光ガラス線量計（ガラスバッジ）

（備考）

1　「種類」の欄には、次の区分により記入すること。
エックス線装置・・・・・医療用エックス線装置、工業用等エックス線装置
荷電粒子を加速する装置・・・・・サイクロトロン、ベータトロン、シンクロトン、シンクロサイクロトン、ファンデグラーフ型加速装置、コッククロフトワルトン型加速装置、直線加速装置、その他
放射線物質を装備している機器・・・・・ガンマ線照射装置、その他の放射線物質を装備している機器
エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の装置・・・・・ガス抜き等の装置

2　「用途」の欄には、次の区分により記入すること。
医療用のエックス線装置・・・・・診療用、治療用
工業用等のエックス線装置・・・・・非破壊検査用（撮影用）、非破壊検査用（透視用）、その他
荷電粒子を加速する装置・・・・・医療用、非破壊検査用、その他の研究用
放射性物質を装備している機器・・・・・医療用、非破壊検査用、その他の研究用、その他

3　「性能」の欄には、次の事項を記入すること。
エックス線装置・・・・・定格出力
荷電粒子を加速する装置・・・・・放射線の種類、得られるエネルギー（MeV）
放射性物質を装備している機器・・・・・装備される放射性物質中の放射性同位元素の種類及び数量（ベクレル）

4　「上欄の放射線装置による健康障害を防止するための設備の概要」の欄には、当該放射線装置を設置する室の壁、床等の構造及び材料並びに警報装置、測定器の種類、型式及び台数等について記入すること。